

Тендер тәсілімен «Холтер мониторингі кешені» медициналық техниканы сатып алу қорытындыларының хаттамасы

138 кабинет

15-00 02.08.2024 ж.

1) Тендерлік комиссияның төрағасы:

Ж.К.Елеманова – директордың МБ жөніндегі орынбасары

2) Тендерлік комиссия мүшелері:

С.Т. Жамукова – директордың медициналық қызметтер саласын бақылау және стратегиялық даму жөніндегі орынбасары

А.Ш. Акубасова – бас медбике

3) Тендерлік комиссияның хатшысы:

Л.П. Панченко – мемлекеттік сатып алу бөлімінің басшысы

- 02.08.2024 ж. сағат 15-00 Астана қаласы әкімдігінің «№1 қонбейінді қалалық балалар ауруханасы» ШЖҚ МКК, «Алматы» ауданы, Тәуелсіздік даңғылы, 11/1 ғимарат 138 кабинетте «Холтер мониторингі кешені» медициналық техниканы сатып алуға қатысу үшін ұсынылған тендерлік өтінімі бар конвертті ашу рәсімін жүргізді. Астана қаласы әкімдігінің «№1 қонбейінді қалалық балалар ауруханасы» ШЖҚ МКК 2024 жылға арналған тендер әдісі арқылы сатып алу
- Тендерлік құжаттаманың ережелерін түсіндіру бойынша әлеуетті өнім берушілерден сұраулар түскен жоқ.
- Әлеуетті өнім берушілердің тендерлік өтінімдерді ұсынуы тендерлік өтінімдерді берудің соңғы мерзімі өткеннен кейін жүргізілген жоқ.
- Тендерлік өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін белгіленген мерзімдерде тендерлік өтінімді ұсынған мынадай әлеуетті өнім берушілердің тендерлік өтінімдері:

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы	Әлеуетті өнім берушінің мекенжайы	Өтінімдерді беру күні мен уақыты
1	«EXTRAMED»	ҚР 010000 Астана қаласы Жүргенов көшесі 18/2 үй 204 кеңсе	02.08.2024 9-00
2	«Техноком Групп» ЖШС	ҚР 010000 Астана қаласы Есіл ауданы Күлтегін көшесі 5/290	02.08.2024 10-00
3	ИП Кабанов А.А.	ҚР 070011 Өскемен қаласы Қрылов көшесі 84 үй 39 пәтер	02.08.2024 10-10

- Тендерлік өтінімдер ашылды және осы Хаттамаға 1-қосымшада көрсетілген құжаттарды қамтиды, олар тендерлік өтінімдерді ашу кезінде қатысушылардың барлығына жарияланды.
- Әлеуетті өнім берушілердің тендерлік өтінімдерінде өзгерістер болған жоқ.
- Тендерлік өтінімдері бар конверттерді ашу рәсімінде әлеуетті өнім берушілердің өкілдері қатысмады.
- Әлеуетті өнім берушілер осы Хаттаманың №2 қосымшасында көрсетілген баға ұсыныстарын ұсынды.

5. Техникалық сипаттамалар бойынша салыстырмалы кестеге сәйкес тендерге мынадай әлеуетті өнім берушілер жіберілді:

Холтер			
Хабарлама	Кабанов ЖК	Extramed	Technokom
<i>Негізгі жиынтық</i>			
Рұқсат: 5.2 см / 2" рұқсаты 128 × 64 кем емес	сәйкес	сәйкес	сәйкес
Өлшемдері: 102 × 62 × 24 мм үлкен емес	Сәйкес емес: өлшемдері: 53*67,5*18,5 мм.	сәйкес	сәйкес
Бұру саны: шегі: 3/7/12	сәйкес	сәйкес	сәйкес
Электродтар саны: шегі: 5/10	Сәйкес емес: электродтар саны: 7/10	сәйкес	сәйкес
Тіркелетін бұрулар: 3 бұру: mV1, mV3, mV5, 7 бұру: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, 12 бұру: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6	сәйкес емес: Тіркелетін бұрулар: 3 бұру: mV1, mV3, mV5, 12 бұру: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6	сәйкес	сәйкес
Кардиостимуляторды анықтау: кемінде 100 мкс / кемінде 40 000 Гц жиілікті анықтау функциясы бар Арнайы схема	Сәйкес емес: саны көрсетілмеген және жиілікті анықтау функциясы кемінде 40000 Гц болатын арнайы схема көрсетілмеген	сәйкес	сәйкес
Құрылғыны лицензиялық қорғау USB флэш-дискісіне үкесас болуы керек.	Сәйкес емес: Құрылғыны лицензиялық қорғау, USB қосқышы бар Bluetooth адаптеріне үкесайды.	сәйкес	сәйкес
<i>Қосымша жиынтық</i>		сәйкес	сәйкес
Клиенттік станцияларды орнатуға автоматты жіберу функциясын орнатуға болады: зерттеуді серверге жазу/бағалау. (DICOM 3.0 интерфейсін қолдау, HL7 2.3 интерфейсін қолдау, HL7 3.0 интерфейсін қолдау)	Сәйкес емес: HL7 2.3 интерфейсін қолдау, HL7 3.0 интерфейсін қолдау көрсетілмеген)	сәйкес	сәйкес
Таңдау немесе қайта жіктеу арқылы белгілі бір кардиоциклге негізделген жаңа үлгіні жасау мүмкіндігі.	Сәйкес емес: көрсетілмеген	сәйкес	сәйкес
сымдар арасындағы кашықтық (1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 8 mV) төмен емес	Сәйкес емес : көрсетілмеген	сәйкес	сәйкес

Науқасқа бекітуге арналған 3 бекіткіш белбеуі бар қақпақ	Науқасқа бекітуге арналған 3 бекіткіш белбеуі бар қақпақ. Сапы 1 дана	сәйкес	сәйкес	сәйкес
қайта зарядталатын батарея	Түрі: сілтілі, литий немесе NiMH Олшемі: 2× AA (IEC LR-03) (4 дана)	Сәйкес емес: көрсетілген өлшем 2× AAA, а требуется 2× AA	сәйкес	сәйкес
науқас кабелі 10 сым	бұрандаларға вилканы бекіту	Сәйкес емес: вилканы бұрандасыз бекіту	сәйкес	сәйкес
	Banana plug серіппелі штексель түрі	Сәйкес емес : Штексель түрі-түймесі бар Snap коннекторы, ал серіппелі banana plug штексель түрі қажет болған	сәйкес	сәйкес
	Кабельдің ұзындығы кемінде 3,2 м	Сәйкес емес: кабель ұзындығы 80 см	сәйкес	сәйкес
кабель пациентта 5 проводов	Бұру саны: 12 жалпы қабылданған бұру (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6) аспайды.	Сәйкес емес: бұру саны: 3 жалпы қабылданған бұру (mV1, mV3, mV5).	сәйкес	сәйкес
	Разъем түрі - DA-15.	Сәйкес емес: разъем түрі - HDMI.	сәйкес	сәйкес
	Вилканы бекіту - бұрандамен	Сәйкес емес: вилканы бекіту - бұрандасыз.	сәйкес	сәйкес
	Штекер түрі - Banana plug серіппемен	Сәйкес емес : штекер түрі – коннектор Snap кнопкамен, штекер түрі banana plug серіппемен талап етілген	сәйкес	сәйкес
	қарсылық - 1 кОм	Сәйкес емес: көрсетілмеген	сәйкес	сәйкес
	Кабель ұзындығы: кемінде 3,2м	Сәйкес емес: кабель ұзындығы: 45 см.	сәйкес	сәйкес

Техникалық сипаттамаларды қарау кезінде қабылданбады:

1. Кабанов ЖК техникалық сипаттаманың сәйкес келмеуіне байланысты қабылданбады.


2. «EXTRAMED» ЖШС рұқсат етілді, техникалық сипаттамаға сәйкес

1 дана* бағасы 6 315 000 теңге, сомасы 6 315 000 (Алты миллион үш жүз он бес мың) теңге 00 тиын,

3. «Техноком Групп» ЖШС техникалық сипаттамаға сәйкес рұқсат етілді


1 дана* бағасы 6 317 000 сомасы 6 317 000 теңге 00 тиын (Алты миллион үш жүз он жеті мың) теңге 00 тиын

4. Астана қаласы әкімдігінің «№1 көпбейінді қалалық балалар ауруханасы» ШЖК МКК «EXTRAMED» ЖШС 6 315 000 (алты миллион үш жүз он бес мың) теңге 00 тиын сомасына тауарды жеткізу туралы шарт жасассын.

1) Тендерлік комиссияның төрағасы  Ж.К. Елеманова

2) Тендерлік комиссия мүшелері:

 С.Т. Жамукова

 А.Ш. Акубасова

3) Тендерлік комиссияның хатшысы  Л.Н. Панченко

