

ПРОТОКОЛ итогов закупки МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ «Комплексе холтеровского мониторирования» способом тендера

138 кабинет

15-00 02.08.2024 г

- 1) Председатель тендерной комиссии:
Ж.К. Елеманова – заместитель директора по МЧ
- 2) Члены тендерной комиссии:
С.Т. Жамукова – Заместитель директора по контролю качества медицинских услуг и стратегическому развитию
А.Ш. Акубасова – главная медсестра
- 3) Секретарь тендерной комиссии:
Л.П. Панченко – руководитель отдела государственных закупок

- 02.08.2024 года в 15-00 138 кабинет ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1» акимата города Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, 11/1 произвела процедуру вскрытия конверта с тендерной заявкой, представленной для участия по закупке медицинской техники способом тендера для ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1» акимата города Астана на 2024 год
- Запросов от потенциальных поставщиков по разъяснению положений Тендерной документации не поступало.
- Предоставление потенциальными поставщиками тендерных заявок после истечения окончательного срока предоставления тендерных заявок не производилось.
- Тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков, представивших тендерную заявку в установленные сроки до истечения окончательного срока предоставления тендерных заявок:

пор №	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика	Дата и время предоставления заявок
1	ТОО «EXTRAMED»	РК 010000г Астана ул Жургенова 18/2 офис 204	02.08.2024 9-00
2	ТОО «Техноком Групп»	РК 010000г г Астана район Есиль ул Култегин д 5/290	02.08.2024 10-00
3	ИП Кабанов А.А.	РК 070011 Усть Каменогорск ул крылова дом 84 кв 39	02.08.2024 10-10

- Тендерные заявки вскрыты и содержат документы, отраженные в приложении 1 к настоящему протоколу, которые оглашены всем присутствующим при вскрытии тендерных заявок.
- Изменений тендерных заявок потенциальными поставщиками не было.
- При процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками потенциальные поставщики не присутствовали.
- Потенциальные поставщики представили ценовые предложения (технические характеристики), отраженные в приложении №2 настоящего протокола.

9. Согласно сравнительной таблице по техническим характеристикам к тендеру допущены следующие потенциальные поставщики :

Холтер			
Объявление	ИП Кабанов	Extramed	Technokom
<i>Основные комплектующие</i>			
Разрешение: 5.2 см / 2" с разрешением не хуже 128 × 64	соответствует	соответствует	соответствует
Размеры: не более в мм. 102 × 62 × 24 мм	Не соответствует: Размеры: 53*67,5*18,5 мм.	соответствует	соответствует
Количество отведений: в пределах 3/7/12	соответствует	соответствует	соответствует
Количество электродов: в пределах 5/10	Не соответствует: Количество электродов: 7/10	соответствует	соответствует
Регистрируемые отведения: 3 отведения: mV1, mV3, mV5, 7 отведений: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, 12 отведений: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6	Не соответствует: Регистрируемые отведения: 3 отведения: mV1, mV3, mV5, 12 отведений: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6	соответствует	соответствует
Обнаружение кардиостимулятора: не менее 100 мкс / Специальная схема с функцией обнаружения частоты не менее 40000 Гц	Не соответствует: Не указано количество мкс и не указана Специальная схема с функцией обнаружения частоты не менее 40000 Гц	соответствует	соответствует
Лицензионная защита аппарата, должна выглядеть как USB флешка.	Не соответствует: Лицензионная защита аппарата, выглядит как Bluetooth-адаптер с разъемом USB.	соответствует	соответствует
<i>Дополнительные комплектующие</i>		соответствует	соответствует
Можно в настройке клиентских станций установить функцию автоматической отправки: Запись/Оценка исследований на сервер. (Поддержка интерфейса DICOM 3.0, поддержка интерфейса HL7 2.3, поддержка интерфейса HL7 3.0)	Не соответствует: не указаны поддержка интерфейса HL7 2.3, поддержка интерфейса HL7 3.0)	соответствует	соответствует
Возможность создать новый шаблон на основе конкретного кардио цикла через выбор или повторную классификацию.	Не соответствует: не указан	соответствует	соответствует
расстояние между отведениями не хуже (1, 1,5, 2, 3, 4, 5, 8 мВ)	Не соответствует: не указан	соответствует	соответствует

Чехол с 3 фиксирующими ремнями для крепления на пациента	Чехол с 3 фиксирующими ремнями для крепления на пациента. В количестве 1 шт	соответствует	соответствует	соответствует
аккумуляторная батарейка	Тип: щелочные, литиевая или NiMH Размер: 2× АА (IEC LR-03) (4 шт)	Не соответствует: Указан размер 2× ААА, а требуется 2× АА	соответствует	соответствует
кабель пациента 10 проводов	крепление вилки-на винтах	Не соответствует: крепление вилки без винтов	соответствует	соответствует
	тип штекера bananaplug с пружиной	Не соответствует: Тип штекера – коннектор Snap с кнопкой, а требовался тип штекера bananaplug с пружиной	соответствует	соответствует
	Длина кабеля не менее 3,2м	Не соответствует: Длина кабеля 80 см	соответствует	соответствует
кабель пациента 5 проводов	Количество отведений: не более 12 общепринятых отведений (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6).	Не соответствует: Количество отведений: 3 общепринятых отведения (mV1, mV3, mV5).	соответствует	соответствует
	Тип разъема - DA-15.	Не соответствует: Тип разъема - HDMI.	соответствует	соответствует
	Крепление вилки - на винтах	Не соответствует: Крепление вилки - без винтов.	соответствует	соответствует
	Тип штекера - Bananaplug с пружиной	Не соответствует: Тип штекера – коннектор Snap с кнопкой, а требовался тип штекера bananaplug с пружиной	соответствует	соответствует
	Сопротивление - 1 кОм	Не соответствует: не указан	соответствует	соответствует
	Длина кабеля: не менее 3,2м	Не соответствует: Длина кабеля: 45 см.	соответствует	соответствует

При рассмотрении технических характеристик ОТКЛОНЕН:

1. ИП Кабанов отклонен из за несоответствия технической характеристики.

2. «ТОО «EXTRAMED» допущен , соответствует технической характеристики кол-во

шт 1* по цене 6 315 000 на сумму 6 315 000 (Шесть миллионов триста пятнадцать тысяч) тенге 00 тиын,

3. ТОО «Техноком Групп» допущен, соответствует технической характеристики кол-во шт 1* по цене 6 317 000 на сумму 5 317 000 тенге 00 тиын (Шесть миллионов триста семнадцать тысяч) тенге 00 тиын

4. ГКП на ПХВ «Многопрофильной городской детской больнице №1» заключить договор поставки товара с «ТОО «EXTRAMED» по наименьшей цене шт 1* по цене 6 315 000 на сумму 6 315 000 (Шесть миллионов триста пятнадцать тысяч) тенге 00 тиын

1) Председатель тендерной комиссии  Ж.К. Елеманова

2) Члены тендерной комиссии:

 С.Т. Жамукова

 А.И. Акубасова

3) Секретарь тендерной комиссии  Л.Н. Панченко

