

2024 жылғы 2 тамыздағы ХАТТАМА

«Керек-жарақтары бар қан қысымын мониторингілеу жүйесі» медициналық техниканы сатып алу хаттамасы

138 кабинет

15-00 02.08. 2024 г

02.08.2024 ж. сағат 15-00 Астана қаласы әкімдігінің «№1 көпбейінді қалалық балалар ауруханасы» ІІЖҚ МКК, «Алматы» ауданы, Тәуелсіздік даңғылы, 11/1 ғимарат 138 кабинетте «Керек-жарақтары бар қан қысымын мониторингілеу жүйесі» медициналық техниканы сатып алуға қатысу үшін ұсынылған тендерлік өтінімі бар конвертті ашу рәсімін жүргізді.

Астана қаласы әкімдігінің «№1 көпбейінді қалалық балалар ауруханасы» ІІЖҚ МКК 2024 жылға арналған тендер әдісі арқылы сатып алу

Тендерлік құжаттаманың ережелерін түсіндіру бойынша әлеуетті өнім берушілерден сұраулар түскен жоқ.

Әлеуетті өнім берушілердің тендерлік өтінімдерді ұсынуы тендерлік өтінімдерді берудің соңғы мерзімі өткеннен кейін жүргізілген жоқ.

Тендерлік өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін белгіленген мерзімдерде тендерлік өтінімді ұсынған мынадай әлеуетті өнім берушілердің тендерлік өтінімдері:

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы	Әлеуетті өнім берушінің мекенжайы	Өтінімдерді беру күні мен уақыты
1	«EXTRAMED» ЖШС	ҚР 010000 Астана қаласы Жүргенов көшесі 18/2 үй 204 кеңсе	02.08.2024 9-00
2	«Техноком Групп» ЖШС	ҚР 010000 Астана қаласы Есіл ауданы Күлтөгіні көшесі 5/290	02.08.2024 10-00
3	«ОСТ-ФАРМ» ЖШС	ҚР 070003 Астана қаласы Оскемен Астана көшесі 16 а	02.08.2024 10-10

Тендерлік өтінімдер ашылды және осы Хаттамаға 1-қосымшада көрсетілген құжаттарды қамтиды, олар тендерлік өтінімдерді ашу кезінде қатысушылардың барлығына жарияланды.

Әлеуетті өнім берушілердің тендерлік өтінімдерінде өзгерістер болған жоқ.

Тендерлік өтінімдері бар конверттерді ашу рәсімінде әлеуетті өнім берушілердің өкілдері қатыспады.

Әлеуетті өнім берушілер осы Хаттаманың №2 қосымшасында көрсетілген баға ұсыныстарын ұсынды.

Критерийлер	ОСТ-ФАРМ	Extramed	Техноком Групп
-------------	----------	----------	-------------------

Негізгі жиынтық

	Батарея деңгейі экранда көрсетілуі керек	сәйкес емес: не указано	сәйкес	сәйкес
--	--	-------------------------	--------	--------

Жинақтауға
қойылатын
талаптар

Қан қысымын
бақылау жүйесі

<p>ВНІS және ААМІ стандарттарына сәйкестігі</p>	<p>сәйкес емес: ВНІS және ААМІ стандарттарына сәйкестігі талап етілген, (ГОСТ Р 50444, ГОСТ 30324.0, ГОСТ 30324.2.47, ГОСТ ИЕС 60601-1-1, ГОСТ 30324.30, ГОСТ 31515.1, ГОСТ 31515.3, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2, ТУ 9441-002-80502299-2007) көрсетілген</p>	<p>сәйкес</p>	<p>сә</p>
<p>АНА, NICE, NHFA сәйкес қан қысымын автоматты түрде түсіндіру</p>	<p>сәйкес емес: АНА, NICE, NHFA көрсетілмеген</p>	<p>сәйкес</p>	<p>сә</p>
<p>Жүйе қан қысымын 24-, 27-, 48 - немесе 51 сағат бойы бақылап отыруы керек, дәрігер белгілеген тұрақты аралықтар</p>	<p>сәйкес емес: көрсетілген жүйе қан қысымын 24, 48 немесе 72 сағат ішінде бақылай алады, дәрігер белгілеген тұрақты аралықтармен. 27 және 51 сағаттың болуы туралы деректер көрсетілмеген.</p>		
<p>Науқастың өмір салтына байланысты өлшемдерді реттеуге мүмкіндік беретін күн / түн түймесінің болуы .</p>	<p>сәйкес емес: (Үйқы мен ояту аралықтарын алдын-ала белгілеу, пациенттің өмір салтына байланысты өлшемдерді реттеу мүмкіндігі бар). Үйқы аралықтары күндіз де, түнде де мүмкін, бұл суреттің толықтығын бермейді.</p>	<p>сәйкес</p>	<p>сә</p>
<p>Бағалау: тексеруден кейін өлшенген деректер құрылғыдан компьютерге USB порты арқылы қосылатын жоғары жылдамдықты оптикалық кабель арқылы берілуі керек .</p>	<p>сәйкес емес: Бағалау: тексеруден кейін өлшенген деректер құрылғыдан компьютерге USB порты арқылы қосылатын адаптердің көмегімен Bluetooth арнасы арқылы беріледі.</p>	<p>сәйкес</p>	<p>сә</p>
<p>Құрылғыда қолданылатын алгоритмнің дәлдігі клиникалық түрде тексерілуі керек - ВНІS және ААМІ</p>	<p>сәйкес емес: ВНІS және ААМІ критерийлеріне сәйкестік көрсетілмеген</p>	<p>сәйкес</p>	<p>сә</p>
<p>Зерттеу деректерін msexcel форматында экспорттау мүмкіндігі</p>	<p>сәйкес емес: (Мәтіндік форматта экспорттау)</p>	<p>сәйкес</p>	<p>сә</p>
<p>Өлшемдері 70 x 99 x 30 мм</p>	<p>сәйкес емес: (Өлшемдері: 135 x 70 x 25 мм)</p>	<p>сәйкес</p>	<p>сә</p>

	Қан қысымын бақылау уақыты 24, 27, 48, 51 сағат ;	сәйкес емес: (24, 48, 72 сағат), 27 және 51 сағат көрсетілмеген .	сәйкес	сәйкес
	ДЖ-де деректерді беру оптикалық USB кабелі, 115200 бод болуы керек	сәйкес емес: (Деректерді компьютерге Bluetooth арнасы арқылы жіберу)	сәйкес	сәйкес
	Қан қысымын өлшеу диапазоны кем емес 0-300 мм.рт.ст.	сәйкес емес: (кем емес 20-280 мм.рт.ст)	сәйкес	сәйкес
	Қан қысымын өлшеу дәлдігі-BIIS хаттамасына сәйкес мақұлданған бірдей extra өлшеу алгоритмі	сәйкес емес: көрсетілген	сәйкес	сәйкес
Қосымша опция, бірнеше станциялардың бірыңғай дерекқорын құру		сәйкес емес: Көпфункционалды зерттеу үшін бірыңғай дерекқорда жұмыс істеу мүмкіндігі. Бірнеше станциялардың дерекқорларының болуы көрсетілмеген .		
Қосымша компоненттер				
Бекіткіш белбеуі бар сомке	бекіткіш	сәйкес емес: (Па кнопке)	сәйкес	сәйкес
	Материал-синтетикалық талшық	сәйкес емес: (пластик)	сәйкес	сәйкес
	Өлшемдері 100 x 70 x 40 мм.	сәйкес емес: (135 x 70 x 25 мм)	сәйкес	сәйкес
Кабель интерфейсі	Тіркеушіні компьютерге қосуға арналған кабель интерфейсі	сәйкес емес: (Тіркеушіні компьютерге қосуға арналған Bluetooth адаптері)	сәйкес	сәйкес
Ересектерге арналған стандартты манжет	Камера өлшемі-артық емес 120 x 250 мм	сәйкес емес (Иық шеңбері үшін 26-34 см)	сәйкес	сәйкес
	Манжеттің өлшемі-артық емес 150 x 580 мм	сәйкес емес: көрсетілмеген	сәйкес	сәйкес

Техникалық сипаттамаларды қарау кезінде қабылданбады:


1. «ОСТ-ФАРМ» ЖШС техникалық сипаттаманың сәйкес келмеуіне байланысты қабылданбады.

2. «EXTRAMED» ЖШС техникалық сипаттамаға сәйкес рұқсат етілді
1 дана* 2 956 0000 теңге, сомасы 2 956 000 (екі миллион тоғыз жүз елу бес мың) теңге 00 тиын

3. «Техноком Групп» ЖШС техникалық сипаттамаға сәйкес рұқсат етілді

1 дана* 2 956 0000 теңге, сомасы 2 956 000 (екі миллион тоғыз жүз елу бес мың) теңге 00 тиын

Астана қаласы әкімдігінің «№1 көпбейінді қалалық балалар ауруханасы» ШЖҚ МКК
«EXTRAMED» ЖШС 2 955 000 (екі миллион тоғыз жүз елу бес мың) теңге 00 тиын
сомасына тауарды жеткізу туралы шарт жасассын.

1) Тендерлік комиссияның төрағасы  Ж.К. Елеманова

2) Тендерлік комиссия мүшелері:

 С.Т. Жамукова

 А.ІІ. Ақубасова

3) Тендерлік комиссияның хатшысы  Л.Н. Панченко

