

ПРОТОКОЛ от 02 августа 2024 года

## Протокол закупы

### МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ «Система мониторинга кровяного давления с принадлежностями»

138 кабинет

15-00 02.08. 2024 г

- 1) Председатель тендерной комиссии:  
Ж.К. Елеманова – заместитель директора по МЧ
- 2) Члены тендерной комиссии:  
С.Т. Жамукова – Заместитель директора по контролю качества медицинских услуг и стратегическому развитию  
А.Ш. Акубасова – главная медсестра
- 3) Секретарь тендерной комиссии:  
Л.П. Папченко – руководитель отдела государственных закупок

02.08.2024 года в 15-00 138 кабинет ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1» акимата города Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, 11/1 произвела процедуру вскрытия конверта с тендерной заявкой, представленной для участия по закупке медицинской техники «Система мониторинга кровяного давления с принадлежностями»

способом тендера для ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1» акимата города Астана на 2024 год

Запросов от потенциальных поставщиков по разъяснению положений Тендерной документации не поступало.

Предоставление потенциальными поставщиками тендерных заявок после истечения окончательного срока предоставления тендерных заявок не производилось.

Тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков, представивших тендерную заявку в установленные сроки до истечения окончательного срока предоставления тендерных заявок:

пор. №	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика	Дата и время предоставления заявок
1	ТОО «EXTRAMED»	РК 010000г г Астана ул Жулгенова 18/2 офис 204	02.08.2024 9-00
2	ТОО «Техноком Групп»	РК 010000г г Астана район Есиль ул Култегин д 5/290	02.08.2024 10-00

3	ТОО «ОСТ-ФАРМ»	РК 070003 г Астана Усть Каменогорск ул Астана 16 а	02.08.2024 10-10
---	----------------	---	------------------

Тендерные заявки вскрыты и содержат документы, отраженные в приложении 1 к настоящему протоколу, которые оглашены всем присутствующим при вскрытии тендерных заявок.

Изменений тендерных заявок потенциальными поставщиками не было.

При процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками не присутствовали представители потенциальных поставщиков.

Потенциальные поставщики представили ценовые предложения, отраженные в приложении №2 настоящего протокола.

Критерий	ОСТ-ФАРМ	Extramed	Техноком Групп
----------	----------	----------	----------------

**Основные комплектующие**

Требования к комплектации	Система мониторинга кровяного давления	Уровень заряда батареи должен отображаться на экране	не соответствует: не указано	соответствует	соответствует
		Соответствие стандартам BHS и AAMI	не соответствует: Запрашивалось соответствие стандартам BHS и AAMI, а указаны (ГОСТ Р 50444, ГОСТ 30324.0, ГОСТ 30324.2.47, ГОСТ ИЕС 60601-1-1, ГОСТ 30324.30, ГОСТ 31515.1, ГОСТ 31515.3, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2, ТУ 9441-002-80502299-2007)	соответствует	соответствует
		Автоматическая интерпретация артериального давления в соответствии с АПА, NICE, NHFA	не соответствует: не указаны АПА, NICE, NHFA	соответствует	соответствует
		Система должна следить за кровяным давлением в течение 24-, 27-, 48- или 51 часов, с регулярными интервалами, установленными доктором	не соответствует: указано что Система может следить за кровяным давлением в течение 24-, 48- или 72 часов, с регулярными интервалами, установленными доктором. Не указаны данные о наличии 27- и 51 часов.		
		Наличие кнопки день/ночь, которая позволяет регулировать измерения в зависимости образа жизни пациента.	не соответствует: (Наличие возможности предварительно устанавливать интервалы сна и бодрствования, регулировать измерения в зависимости образа жизни пациента). <b>Интервалы сна возможны и днем и ночью, что не дает полноты картины.</b>	соответствует	соответствует
		Оценка: После обследования, измеренные данные должны передаваться с устройства в ПК через высокоскоростной оптический кабель,	не соответствует: Оценка: После обследования, измеренные данные передаются с устройства в ПК по каналу Bluetooth при помощи адаптера, который	соответствует	соответствует

	который соединяется через USB порт.	подключается через USB порт.		
	Точность алгоритма, использованного в устройстве, должны быть клинически проверены на предмет соответствия критериям - ВИС и ААМІ	не соответствует: не указаны соответствия критериям - ВИС и ААМІ	соответствует	соответствует
	Возможность экспорта данных из исследования в формате MSExcel	не соответствует: (Экспорт в текстовом формате)	соответствует	соответствует
	Размеры не более 70 x 99 x 30 мм	не соответствует: (Размеры: 135 x 70 x 25 мм)	соответствует	соответствует
	Время мониторинга кровяного давления 24, 27, 48, 51 часов;	не соответствует: (24, 48, 72 часов), не указаны 27 и 51 часов.	соответствует	соответствует
	Передача данных в ПК должна быть по оптическому USB - кабелю, 115200 бод	не соответствует: (Передача данных в ПК по каналу Bluetooth)	соответствует	соответствует
	Диапазон измерения артериального давления не хуже 0-300 мм.рт.ст.	не соответствует: (не хуже 20-280 мм.рт.ст)	соответствует	соответствует
	Точность измерения артериального давления - тот же алгоритм extra измерения, одобренный в соответствии с протоколом ВИС	не соответствует: не указано	соответствует	соответствует
Дополнительная возможная опция, создания единой базы данных нескольких станций		не соответствует: Возможность работы в единой базе данных для полифункционального исследования. Не указано наличие баз данных нескольких станций.		
<b>Дополнительные комплектующие</b>				
Сумка с фиксирующим ремнем	Застёжка на липучке	не соответствует: (На кнопке)	соответствует	соответствует
	Материал - синтетическое волокно	не соответствует: (пластик)	соответствует	соответствует
	Размер – не более 100 x 70 x 40 мм.	не соответствует: (135 x 70 x 25 мм)	соответствует	соответствует

Кабель интерфейс	Кабель интерфейс для подключения регистратора к компьютеру	не соответствует: (Bluetooth-адаптер для подключения регистратора к компьютеру)	соответствует	соответствует
Стандартная манжета для взрослых	Размер камеры - не более 120 x 250 мм	не соответствует (Для обхвата плеча 26-34 см)	соответствует	соответствует
	Размер манжеты - не более 150 x 580 мм	не соответствует: не указано	соответствует	соответствует

При рассмотрении технических характеристик ОТКЛОНЕН:

1. ТОО «ОСТ-ФАРМ» отклонен из за несоответствия технической характеристики.
2. «ТОО «EXTRAMED» допущен , соответствует технической характеристики кол-во шт 1\* по цене 2 955 000 на сумму 2 955 000 (Два миллиона девятьсот пятьдесят пять тысяч) тенге 00 тиын
3. ТОО «Техноком Групп» допущен , соответствует технической характеристики кол-во шт 1\* по цене 2 956 0000 на сумму 2 956 000 (Два миллиона девятьсот пятьдесят шесть тысяч) тенге 00 тиын
4. ГКП на ПХВ «Многопрофильной городской детской больнице №1» заключить договор поставки товара с «ТОО «EXTRAMED» по наименьшей цене шт 1\* по цене 2 955 000 на сумму 2 955 000 (Два миллиона девятьсот пятьдесят пять тысяч) тенге 00 тиын

1) Председатель тендерной комиссии  Ж.К. Елсманова

2) Члены тендерной комиссии  С.Т. Жамукова  
 А.Ш. Акубасова

3) Секретарь тендерной комиссии  Л.И. Панченко

